

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名： 何辉	
	职称： 主治医师	
	工作单位： 十堰市中西医结合医院	
项目 信息	项目名称： 十堰市中医医院奥林巴斯 290 电子结肠镜采购项目	
专业人 员论证 意见	原厂“电子结肠镜”与主机接口一致，设备匹配性能好，在设备使用中的稳定性、安全性、准确性及售后维护方面有保障，其它品牌因接口不一致，在设备的匹配性、使用安全性存在一定隐患。原厂“电子结肠镜”具有唯一性。建议采用单一来源方式采购。	
专业人 员签字	何辉	日期： 2025.3.27

注：本表格中专业人员意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名: 余海涛	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 十堰市人民医院消化内科	
项目 信息	项目名称: 十堰市中医医院奥林巴斯 290 电子结肠镜采购项目	
专业人 员论证 意见	1. 该电子结肠镜以高清画质, 支持NBI, 镜身微小, 操作(如单镜)的轻快; 2. 优异操作性, 镜身是3 (超细外径设计), 减少患者不适, 适用于复杂肠道检查; 3. 兼容性好, 与现有奥林巴斯290主机完美匹配, 无需额外采购新主机, 节省成本; 4. 兼容性佳, 防小损伤设计. 降低维修成本, 延长使用寿命.	
专业人 员签字		日期: 2024年3月26日

注: 本表格中专业人员意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名： 孙强心	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 谷城县人民医院	
项目 信息	项目名称： 十堰市中医医院奥林巴斯 290 电子结肠镜采购项目	
专业人 员论证 意见	290 电子结肠镜设备稳定性好。原厂图像清晰。设备质量好。安全无隐患。售后服务有保障。且 290 系列结肠镜具有唯一匹配性。	
专业人 员签字	孙强心	日期： 2024.3.26

注：本表格中专业人员意见由专业人员手工填写